



HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
Ž/r: 840-556667-79
Tel/fax 021/526-120, 6612-222, 6613-362

HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
Ac./No.: 840-556667-79
Tel/fax: (+381 21) 526-120, 6612-222, 6613-362

	Клиника за стоматологију Војводине Хајдук Вељкова 12 Нови Сад	ПР 02.26 Верзија 1
	Процедура припреме апарата за општу анестезију	
	Деловодни печат и број: KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE NOVI SAD Број <u>284/56-2016</u> <u>10.05.2016</u> год <u>NOVI SAD</u>	

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ АПАРАТА ЗА ОПШТУ АНЕСТЕЗИЈУ

Број процедуре ПР 02.26	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
Процедуру израдио: Доц.др Игор Стојанац 	Процедуру оверио Комисија за оверу процедура: Председник Комисије Проф.др Дубравка Марковић	
Тим за акредитацију Клинике за стоматологију Војводине за област операционе сале и централне стерилизације		



1. ЦИЉ:

Овом процедуром утврђује се п р о ц е д у р а припреме апарата за анестезију у Клиници за стоматологију Војводине.

Циљ процедуре припреме апарата за анестезију је да се обезбеди безбедан и сигуран рад апарата за анестезију у току процеса анестезије ради сигурности, безбедности пацијента, очувања његовог живота.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ:

Процедура је намењена анестезиолозима и анестетичарима у Клиници за стоматологију Војводине.

3. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА:

- Упутство произвођача за подешавања.

4. ДЕФИНИЦИЈА:

Апарат за анестезију је савремени апарат који покреће ваздух у пацијентова плућа и из пацијентових плућа.

5. ОДГОВОРНОСТ:

5.1 Одговорни за контролу протокола је начелник Службе оралне хирургије са операционим блоком и стационаром.

5.2 Одговорни за спровођење процедура су анестезиолози и анестетичари у Клиници за стоматологију Војводине.

5.3 За сваки поступак који одради анестетичар сам сноси одговорност. Проверу апарата уписује у свеску и тиме прихвата одговорност за проверу апарата. Одговоран је за величину црева, да ли су то неонатална, педијатрик или адулт.

6. ПОСТУПАК:

6.1 Опрема потребна за функционисања апарата за општу анестезију:

- Апарат за анестезију
- Извор кисеоника
- Извор азот оксидула
- Извор ваздуха
- Црева за апарат
- Електрични апарат за мерење протока и волумена
- Бактеријски филтер
- Амбу балон са резервоаром
- Прибор за аспирацију
- Рукавице




6.1. Свакодневна провера и провера пре употребе:

- Провера прикључка на медицински гас
- Провера контроле протока система за мерење
- Провера врсте гаса
- Провера цурења у компактном систему за дисање
- Функција испирања кисеоником
- Провера рада апарата за анестезију
- Монитор за ваздушне путеве
- Вапор-испаривач агенаса за анестезију
- Мех за ручну вентилацију, за вентилацију у хитним случајевима

7. ПРИЛОЗИ И ЗАПИСИ

Прилог 1. Дистрибутивна листа

	Клиника за стоматологију Војводине	Ознака процедуре: ПР 02.26 Верзија 1
	Назив процедуре: Процедура припреме апарата за општу анестезију	Прилог 1.

Дистрибутивна листа

Редни број	Назив организационе јединице	Начелник организационе јединице	Датум пријема	Потпис
1.	Служба оралне хирургије са операционим блоком и стационаром	Проф.др Срећко Селаковић		