



HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
ž/r: 840-556667-79
Tel/fax 021/526-120, 6612-222, 6613-362

HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
Ac./No.: 840-556667-79
Tel/fax: (++381 21) 526-120, 6612-222, 6613-362

	Клиника за стоматологију Војводине Хајдук Вељкова 12 Нови Сад	ПР. 04.09.
	Процедура за контролу зрачења	
	Деловодни печат и број: 	

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНТРОЛУ ЗРАЧЕЊА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
ПР. 04.09.		
Процедуру израдио: Струковни мед. радиолог Мирјана Субашић 	Процедуру оверио Комисија за оверу процедура: Председник Комисије Проф.др Дубравка Марковић	
Тим за акредитацију Клинике за стоматологију Војводине за област стоматолошка здравствена заштита		



1. ЦИЉ:

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака код редовне контроле рендген апарата, као извора јонизујућег зрачења у Клиници за стоматологију Војводине.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ:

Процедура је намењена начелнику службе и радиолошким техничарима Клинике за стоматологију Војводине.

3. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

„Протокол контроле зрачења“

4. ДЕФИНИЦИЈА:

Скуп радњи и поступака који се предузимају у циљу процене опреме и стања рендген апарата у смислу контроле зрачења.

5. ОДГОВОРНОСТ:

5.1 Одговорни за контролу протокола су одговорно лице за контролу зрачења, начелник службе и руководиоц одељења.

5.2 Одговорни за спровођење процедура је „Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења“ у оквиру „Природно-математичког факултета“ у Новом Саду.

6. ПОСТУПАК:

Апарати за радиолошку дијагностику користе јонизујуће зрачење које може да угрози здравље и живот како особља које рукује њиме, тако и пацијента. Зато је неопходно дефинисати периодичну процену стања опреме у смислу дозвољене количине јонизујућег зрачења који емитују апарати за радиолошку дијагностику

•Контрола зрачења апарата за радиолошку дијагностику обавезна је најмање једном годишње од стране овлашћеног лица.

Овлашћено лице за контролу зрачења које има уговор са Клиником за стоматологију Војводине о контроли зрачења апарата за радиолошку дијагностику.

•Након било какве интервенције на самом генератору јонизујућег зрачења (рендгенска цев) обавезна је контрола зрачења од стране овлашћеног лица.

У случају хнабавке нових апарата за радиолошку дијагностику који емитују јонизујуће зрачење обавезна је контрола зрачења пре пуштања у рад истог.

•У случају замене генератора јонизујућег зрачења на апарату који је био у употреби пре замене рендгенске цеви обавезна је контрола зрачења новог генератора зрачења пре поновног пуштања апарата у рад.