



HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
ž/r: 840-556667-79
Tel/fax 021/526-120, 6612-222, 6613-362

HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
Ac./No.: 840-556667-79
Tel/fax: (+381 21) 526-120, 6612-222, 6613-362

	Клиника за стоматологију Војводине Хајдук Вељкова 12 Нови Сад	ПР. 04.08.
	Процедура за безбедно руковање опремом	
	Деловодни печат и број: 	

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
ПР. 04.08.		
Процедуру израдио: Струковни мед. радиолог Мирјана Субашић 	Процедуру оверио Комисија за оверу процедура: Председник Комисије Проф. др Дубравка Марковић	
Тим за акредитацију Клинике за стоматологију Војводине за област стоматолошка здравствена заштита		



1. ЦИЉ:

Овом процедуром утврђује се садржај поступака и њихов редослед за безбедно руковање опремом која емитује јонизујуће зрачење у Клиници за стоматологију Војводине.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ:

Процедура је намењена радиолошким техничарима Клинике за стоматологију Војводине.

3. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

„Протокол за безбедно руковање опремом“

4. ДЕФИНИЦИЈА:

Скуп радњи и поступака који се предузимају у циљу безбедног руковања опремом и апаратима који су извори јонизујућег зрачења.

5. ОДГОВОРНОСТ:

5.1 Одговорни за контролу протокола су начелник службе, одговорно лице за контролу зрачења и руководиоц одељења.

5.2 Одговорни за спровођење процедура су радиолошки техничари.

6. ПОСТУПАК:

- Апарати за радиолошку дијагностику користе јонизујуће зрачење које може угрозити здравље и живот како особља које рукује њиме, тако и пацијента.
- Законом су прописане мере заштите које се морају поштовати и којих се особље мора придржавати.
- Извором јонизујућег зрачења смеју руковати само:
 - Радиолошки техничари запослени на одељену за рендген дијагностику
 - Радиолошки техничари морају имати лиценце за рад од стране надлежне коморе.
- Руковаоци изворима јонизујућег зрачења морају користити заштитна средства за пацијенте и себе, која су саставни део дијагностичких процедура.
- Руковаоци изворима јонизујућег зрачења морају користити поступке и мере заштите од јонизујућег зрачења које су саставни део дијагностичких процедура.
- Извори јонизујућег зрачења морају задовољавати стандарде о техничкој исправности.

Просторије у којима се изводе радиолошке дијагностичке процедуре морају задовољавати стандарде који су прописани законом.



HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
ž/r: 840-556667-79
Tel/fax 021/526-120, 6612-222, 6613-362

HAJDUK VELJKOVA 12, NOVI SAD
PIB: 102052439
Ac./No.: 840-556667-79
Tel/fax: (++381 21) 526-120, 6612-222, 6613-362

7. ПРИЛОЗИ И ЗАПИСИ

Пројекат мера радиационе сигурности и безбедности за апарате, „ Лабораторија за испитивање узорака и дозе јонизујућег и не јонизујућег зрачења

- Sirona Heliodont Vario, ср. број 350696
- Orthophos XG 5, ср. број 112099.